



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14277 от 2 августа 2021 г.

Срок действия до 2 августа 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

**Расходомеры-счетчики электромагнитные ВИРС-М**

Производитель:

**ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», г. Минск, Республика Беларусь**

Документ на поверку:

**МРБ МП.2619-2016 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры-счетчики электромагнитные ВИРС-М. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками:

**48 месяцев при применении в качестве расходомеров-счетчиков**

**60 месяцев при применении в качестве приборов учета воды индивидуальных с диаметром условного прохода до 20 мм**

**24 месяца при применении в качестве счетчиков учета воды промышленных с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм**

**48 месяцев при применении в качестве счетчиков учета воды промышленных с диаметром условного прохода свыше 150 мм**

**24 месяца для расходомеров-счетчиков электромагнитных ВИРС-М, применяемых в составе теплосчетчиков**

Тип средств измерений утвержден решением комиссии по вопросам метрологической оценки Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.08.2021 № 13-21.

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений (с 19.10.2021 действует в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 19.10.2021 № 104).

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Дата выдачи 25 октября 2021 г.