



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14277 от 2 августа 2021 г.

Срок действия до 2 августа 2026 г.

Наименование типа средств измерений:  
**Счетчики электромагнитные ВИРС-М**

Производитель:  
**ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», г. Минск, Республика Беларусь**

Документ на поверку: **МРБ МП.2619-2016 «Расходомеры-счетчики электромагнитные ВИРС-М. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками не более 48 месяцев при применении в качестве расходомеров-счетчиков; не более 60 месяцев при применении в качестве приборов учета воды индивидуальных с диаметром условного прохода до 20 мм; не более 24 месяцев при применении в качестве счетчиков воды промышленных с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм; не более 48 месяцев при применении в качестве счетчиков воды промышленных с диаметром условного прохода свыше 150 мм; не более 24 месяцев для расходомеров-счетчиков электромагнитных ВИРС-М, применяемых в составе теплосчетчиков

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.08.2021 № 79

Средства измерений данного типа средства измерений разрешаются к применению в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Дата выдачи 04 августа 2021 г.