

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ВОГЕЗЭНЕРГО», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101138220;

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Бородинская, д. 2Д;

номер телефона: +375 17 2727111, адрес электронной почты: vogez@vogez.by,

в лице директора Мазынского Игоря Викторовича

заявляет, что блоки терморегулирования ВТР (структуру обозначения блоков смотри приложение 1 лист 1);

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОГЕЗЭНЕРГО»;

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 220028 г. Минск, ул. Бородинская, д. 2Д;

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220028 г. Минск, ул. Бородинская, д. 2Д;

продукция изготовлена в соответствии с ТУ РБ ТУ РБ 37414742.001-97 «Блоки терморегулирования ВТР»;

код ТН ВЭД ЕАЭС 9032890000;

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 44864 ЭБ от 03.09.2026, № 44848 ЭМС от 02.09.2026, выданных испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС), (уникальный регистрационный номер в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь № ВУ/112 1.0085).

Схема декларирования соответствия: 3д.

Дополнительная информация: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний», ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

Средний срок службы – не менее 10 лет. Условия хранения – в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от 1 °С до 55 °С и относительной влажности до 80 %. Не допускается хранение в одном помещении с коррозионно-активными, взрывоопасными, токсическими веществами. Не допускается хранение в помещении с повышенным содержанием пыли.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.09.2031 включительно.

(подпись)

Мазынский Игорь Викторович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 000.00 55254

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.09.2026

Блоки терморегулирования ВТР

Структура обозначения блоков терморегулирования ВТР:

ВТР ХУЗИ 220В, 50Гц Х1

где:

- ВТР - фирменная аббревиатура;
- Х – количество контуров регулирования (1, 2, 3);
- У – тип выходного устройства (1-реле электромагнитное, 2- транзисторная оптопара);
- Z – код модификации, устанавливаемый изготовителем;
- И – индикаторный;
- 220В, 50Гц – напряжение питания;
- Х1 – исполнение (состоящее из 0-30 знаков).

(подпись)

М.П.

Мазынский Игорь Викторович

(Ф. И. О. заявителя)